



Per Fax: 01 405 44 64

Verordnung für apparative intermittierende Kompression zur Heimtherapie

Patientenname:

Sozialversicherungsnummer:

Adresse:

Sozialversicherung: kostenanteilsbefreit

Mitversichert bei:

Telefonnummer:

Diagnose / Symptomatik:

Extremität:

.....

Geräteverordnung: LYMPHAMAT 300 gradient 12-Kammersystem

Therapiemanschetten:

- Armmanschette
- Beinmanschette Größe M (Oberschenkelumfang bis 75 cm) Anzahl: _____
- Beinmanschette Größe M kurz (Körpergröße unter 1,65 m) Anzahl: _____
- Beinmanschette Größe L (Oberschenkelumfang bis 88 cm) Anzahl: _____
- Beinmanschette Größe L kurz (Körpergröße unter 1,65 m) Anzahl: _____
- Erweiterungssatz Beinmanschette (Umfangserweiterung 13 cm) Anzahl: _____
- 24-Kammer-Hosenkombi (Hüftumfang bis 150 cm) Anzahl: _____
- 24-Kammer-Hosenkombi kurz (Körpergröße unter 1,65 m) Anzahl: _____
- Erweiterungssatz Hosenkombi (Umfangserweiterung 13 cm) Anzahl: _____

Verordnungsdatum

Stempel und Unterschrift
des verordnenden Arztes

Wichtig für die Abwicklung – vom Verordner auszufüllen:

Telefonnummer PatientIn:

~~PatientIn holt Gerät bei Fa. Schuhfried ab, Wunschtermin:~~
(Abholung aufgrund der COV-Beschränkungen derzeit leider nicht möglich)

Versand an PatientIn

Versand an Einrichtung (Adressstempel):



Verordnungsbeispiele für Lymphamat 300 gradient

Alle Arten von Extremitätsödemen - Beispiele

primäres und sekundäres Lymphödem

Lipödem

venös bedingtes Ödem

postthrombotisches Syndrom

posttraumatisches Ödem

Stauungszustände infolge Immobilitäten

Arthrogenes Stauungssyndrom

Behandlungsempfehlungen

Indikationen	Pressure mmHg	Time min.
Thromboembolie-Prophylaxe	20 - 60	- 20
postthrombotisches Syndrom	20 - 80	- 30
Ulcus cruris	20 - 80	- 30
venöse Ödeme	20 - 100	- 30
posttraumatische Ödeme	20 - 80	- 30
Lymphödeme	20 - 80	- 20
Lipödeme	20 - 80	- 30
Ödem-Mischformen	20 - 80	- 30

Diese Angaben dienen lediglich der Orientierung bei der Festsetzung von Behandlungsdauer und Druckstärke.

Eine individuelle Behandlung kann mit dem Patienten abgestimmt werden.

Der Druck (Pressure) darf nie so eingestellt werden, dass Unbehagen oder Schmerzen auftreten.

Info zum Zubehörmaterial

Folgende Manschetten sind verfügbar:

12-Kammer-Armmanchette (Länge 71 cm, Umfang variabel bis 58 cm)

12-Kammer-Beinmanchette Größe M *) (Länge 85 cm, Oberschenkelumfang bis 75 cm)

12-Kammer-Beinmanchette Größe L *) (Länge 85 cm, Oberschenkelumfang bis 88 cm)

Erweiterungssatz Beinmanchette (Umfangserweiterung 13 cm)

24-Kammer-Hosenkombination *) (Hüftumfang bis 150 cm, Oberschenkelumfang bis 83 cm)

Erweiterungssatz Hosenkombination (Umfangserweiterung 13 cm)

*) diese Manschetten sind auch in kurzer Ausführung erhältlich (Länge 72cm)

Zur Festlegung des Manschettenbedarfs erheben Sie bitte folgende Umfangmaße des Patienten / der Patientin: Knöchel, Knie, Oberschenkel und eventuell Rist / Wade wenn diese stärker betroffen sind.

Erweiterungssätze werden vor allem benötigt:

Hose: wenn die Hose noch immer zu klein ist oder wenn Rist, Knöchel oder Wade stärker geschwollen sind

Beinmanschetten: wenn Rist, Knöchel oder Wade stärker geschwollen sind.

Die Bedienungsanleitung des Lymphamat 300 gradient ist unbedingt zu befolgen!